

Verifica: Primitiva / Periodica (*)

Laboratorio :

30 DIC. 2019

Data :

ACS SafIR Evolution SESAH1S273003582 (1016)

Gas di alcool etilico (mg/L)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito delle verifiche.				
		1.5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1.5 s palier
0,000	0.000 0.000		B			
0,200	0.200 0.460		B			
0,350	0.350 0.805	B	B	B	B	B
0,400	0.400 0.920		B			
0,700	0.700 1.610		B			
0,950						
1,500	1.500 3.450		B			
2,500		PRIMITIVA 30.12.2019 BANCO 038				

Riempire le caselle interessate

con B per i risultati esatti

con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO / RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Firma del responsabile del laboratorio :

FUNZIONARIO INGEGNERE
 Dott. Ing. Giuliano DI IORIO

Imposta di bollo
 assolto mediante
 versamento in c/c
 postale ai sensi
 dell'art. 3 del D.P.R.
 30.12.1982 N. 955



1) Proprietario

2) Proprietario

3) Proprietario